

Fitxa tècnica



Prova BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(Teixit)

Codi prova LS032047-3

ID 1535

Responsable secció Dra. C. Muñoz

Laboratori DETECCIÓ D'ÀCIDS NUCLEICS

Mètode PCR

Espècimen Teixit

Volum

Condicions de transport: T^a ambient / 4°C

Condicions d'obtenció: Biòpsia

Observacions:

Lliurament resultats 72h